EYÜP
DEVLET HASTANESİ

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞ AKIŞI

TRANSFER

YATAKLI SERVİSLER **POLİKLİNİK** **ACİL SERVİS** **AMELİYATHANE**

Birimlerden malzemeler konteyner veya kirli malzeme transfer arabası ile merkezi sterilizasyon ünitesine taşınır.
Sisteme yeni giren malzemeler kullanılacak hale getirilebilmesi için eklemlerinden ayrıştırılmalı, açılmış aletler kullanılmamış bile olsa tüm cerrahi aletler işleme tabi tutulmadan merkezi sterilizasyon ünitesine gönderilmelidir.

KİRLİ ALAN

KABUL

Birimlerden gelen malzemeler
"Sterilizasyon İşleyiş Ünitesi Kontrol ve Değerlendirme Formu"na kaydedilerek teslim edilir- teslim alınır.

AYRIŞTIRMA ve TEMİZLİK - DEKONTAMİNASYON

Elde yıkma - Yıkama makinası ile yıkama, kurulama
Elle yıkama yapılacak ise kan ve vücut sıvıları ile kontamine aletlerin ağızları açılarak, mekanik temizlik yapılır, protein ve kan sökücü içerisinde ürün talimatına uygun olarak bekletilir bol su ile durulanır, kurulanır.

TRANSFER

Cerrahi alet, tıbbi malzeme vb. temiz alana
"Sterilizasyon İşleyiş Ünitesi Kontrol ve Değerlendirme Formu"na kaydedilerek teslim edilir- teslim alınır.

Uygun olmayan alet ve malzeme

TEMİZ ALAN

Malzeme ve aletlerin uygunluğu kontrol edilir

BAKIM

Bakım
Eklemli cerrahi aletlerin korozyon, paslanma ve işlevsel yönden kontrolü yapılarak gerek görüldüğünde bakım ve yağlama yapılmalı, kullanılmayacak şekilde hasar görmüş olan cerrahi aletler setlerden çıkarılarak ilgili birime teslim edilir. Tamiri sağlanır.

Temiz Tekstil Malzemesi

İşlem İndikatörü

PAKETLEME

Setlerin Hazırlanması
Set listesine göre setler hazırlanır, Tekstil malzemesi delik/yırtık yönünden kontrol edilerek bohçalanır.

İNDİKATOR YERLEŞTİRME

Bohçalama / paketleme yapılır.
Paketin/bohçanın içine **kimyasal indikatör** ve **"Sterilizasyon Malzeme Teslim Formu"** yerleştirilir.
Sterilizasyon paketleri paketleme makinesi ile kapatılır. Cerrahi aletler ve tekstil malzemesi ayrı masada paketlenir. Paketlerin üzerine işlem indikatörü yapıştırılır.



Kimyasal İndikatör

YÜKLEME

Hazırlanan Paketler-bohçalar malzemesine göre cihaza
"Sterilizasyon İşleyiş Ünitesi Kontrol ve Değerlendirme Formu"na kaydedilerek yerleştirilir.

STERİL ALAN

STERİLİZASYON

Sterilizasyon İşlemi

Sterilizasyon Kontrol | **Bakım**

BOŞALTMA

DEPOLAMA

KULLANIMA VERME

Program Döngü Çıktısı **Otoklav Yük Kontrol Formu'**na yapıştırılır.
Yük kontrol testi yapılır ve indikatörü **Otoklav Yük Kontrol Formu'**na yapıştırılır.
Haftada iki kez, implant varlığında her yükte, otoklavın arıza/bakım sonrası yapılır.
Otoklav Biyolojik İndikatör Takip Formu'na kaydedilir.



OTOKLAVIN BAKIMI

Her gün sabah bowi-dick testi yapılır.
Kaçak testi yapılır
Otoklav Yük Kontrol Formu'na kaydedilir.

Paket, Konteynır ve Bohçalar Steril Depoda depolanır.

KULLANIM ALANLARINA VERİLİR